

2.13 measurement accuracy (exactitud de mesure)

správnosť merania

Tesnosť zhody medzi nameranou hodnotou veličiny a pravou hodnotou veličiny

2.14 measurement trueness (justesse de mesure)

pravdivosť merania

Tesnosť zhody medzi priemernou hodnotou nekonečného počtu opakovaných nameraných hodnôt veličiny a referenčnou hodnotou veličiny

2.15 measurement precision (fidélité de mesure)

presnosť merania

Tesnosť zhody medzi údajmi alebo nameranými hodnotami veličiny, získanými opakovanými meraniami na rovnakých alebo podobných objektoch za špecifikovaných podmienok

2.39 calibration (étalonnage)

kalibrácia

Činnosť, ktorá za špecifikovaných podmienok v prvom kroku vytvára vzťah medzi hodnotami veličiny s neistotami merania, poskytnutými etalónmi a zodpovedajúcimi odčítaniami s priradenými neistotami merania a v druhom kroku používa tieto informácie na vytvorenie vzťahu na získanie výsledku merania z údajov

2.40 calibration hierarchy (hiérarchie d'étalonnage)

kalibračná hierarchia

Postupnosť kalibrácií od referencie po konečné meradlo v reťazi, kde výsledok každej kalibrácie závisí od výsledku predchádzajúcej kalibrácie